

日衛連NEWS

Japan
Hygiene Products
Industry Association



ご注意

発行 / (一社) 日本衛生材料工業連合会

■ マスクの虚偽表示

一般用マスク、医療用不織布マスクの捕集機能や安全性・衛生性を示す指標として、JIS T9001適合表示があります。
類似の表示にご注意ください。

● 正規品は下記の3つのタイプの表示

◆ 一般用マスクは、2つのタイプ

- どちらもGの右側に適合番号8桁
- 適合判定欄に数字を記載 (数字%は捕集性能)

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G12345678 適合番号発行元：JHPIA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定 実測平均値	○ 99%	○ 99%	○ 99%	○ 99%	○

- 適合判定欄に○印

日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G12345678 適合番号発行元：JHPIA					
試験項目 規格値	PFE ≥95%	BFE ≥95%	VFE ≥95%	花粉 ≥95%	安全衛生 ・通気性
適合判定	○	○	○	○	○

◆ 医療用マスクは、1タイプ

医療用マスクは、1種類

Mの右側に適合番号8桁

適合判定欄に○ (数字は入りません)

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスク クラス I 規格適合番号 M 12345678						
適合番号発行元：JHPIA						
試験項目 規格値	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生 ・通気性
	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6 kPa	
適合判定	○	○	○	○	○	○

● 偽物・類似品にご注意

- ・ GやMの右側に番号がない。
- ・ GやMの右側番号のフォントが、ほかの文字と異なる
- ・ ○印が適合判定の欄に表示されていない。
- ・ 長方形の縦と横の長さの比率が、1:3 ではない。

などはすべてJIS適合審査で適合と判断されたマスクではありませんのでご注意ください。

日本産業規格 JIS T 9001					
一般用マスク 規格適合番号 G					
適合番号発行元：JHPIA					
試験項目 規格値	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生 ・通気性
	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
適合判定					

■ マスクのJIS T9001 適合審査

安心してご利用いただくためにJIS T9001に基づいた審査を実施し、マスクの捕集性能や安全性などをJIS適合表示として、お知らせしています。

■ 一般用マスク

審査の対象項目は、JIS T9001に規定されている項目で

- 4つの捕集性能: 微粒子(PFE)、バクテリア飛まつ(BFE)、ウィルス飛まつ(VFE)、花粉
～95%以上の捕集性能がある場合、JIS適合となります。
- 安全衛生項目: 通気性、遊離ホルムアルデヒド、特定アゾ色素、蛍光
～各項目別に規定された基準を満たしている場合に、○を記しています。

■ 医療用マスク

審査の対象項目は、JIS T9001に規定されている項目で
クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢと3つのクラスに分けています。
項目別に異なる規格です。

- 3つの捕集性能:
微粒子(PFE)、バクテリア飛まつ(BFE)、ウィルス飛まつ(VFE)
～クラスにより区分しています。
- 医療用としての指標:
人工血液バリア性、可燃性、
～クラスにより区分しています。
- 安全衛生項目: 通気性、遊離ホルムアルデヒド、特定アゾ色素、蛍光

■ マスクは毎日交換するのがおすすめです。

一日を過ごしたマスクの表面には花粉やウィルス飛まつやバクテリア飛まつなど飛まつがついています。マスクは飛沫や花粉をブロックするために使うのですから、毎日清潔な物にかえましょう。洗えるマスクなら毎日洗いましょう。

■ 簡単に品質をチェックできる基準は、このマーク!

肌に触れるものだから、機能だけでなく品質にもこだわりを。

「全国マスク工業会・会員マーク」のある製品は、品質や製造管理など安心の商品基準で作られています。このマークはパッケージに記載されているので、性能を確認できるJIS適合表示とこのマスクのマーク、購入時に確認してみてくださいね。

